РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **017/2-251**

Анализатор напряжения MI 2130		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
3138	**10481685**	**32686-06**

Назначение: измерение характеристик электрического тока

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Диапазон измерений напряжения переменного тока, В 70 – 265	к. 155; (0 … 40) °С; RH не более 85 %
Диапазон измерений частоты, Гц 47 – 52; 57 – 62	
Предел допускаемой погрешности, В ± (2*10^{-2}*U+2)	
Предел допускаемой погрешности, Гц ± 0,1	

Результаты первичной поверки от 29 августа 2012 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует		

Периодичность поверки: по мере надобности.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
364009	29/04/12	удовл.